



Leica ürünleri üzerindeki servis çalışmaları için emniyet talimatları

"ARINDIRMA SERTİFİKASI" formu hakkında bilgiler

Sayın Bay/Bayan,

Yasal gereklilikler ve genişletilmiş kılavuzlar ve standartlar çerçevesinde, bir üretici olarak, çalışanlarımızı ve işletmelerimizi korumak için emniyet yönetmeliklerine uymakla yükümlüüz.

Koruyucu tedbirlerin uygulanması sırasında işbirliğinize güveniyoruz. Birçok laboratuvar, biyolojik, bulaşıcı, radyoaktif veya toksik maddeler ile çalışır. Bu, bu maddelerin kalıntılarının Leica ürünleri üzerinde kalmasına neden olur ve bakım veya onarım çalışmalarının servis bölümümüz tarafından yürütülmesi gerekir.

Çalışanlarımızı korumak için, Leica personelinin laboratuvarınızı ziyaret etmesinden önce, kapsamlı bir temizlik yapmanızı ve gerekiyorsa arındırma ve dezenfeksiyon yapmanızı talep etmekteyiz. Bu özellikle bakım veya onarım çalışmaları planlanmakta olan Leica ürünleri için geçerlidir. Aynı hususlar, tesisimize veya servis bürolarımızdan birine gönderilen ürünler için de geçerlidir. Bu durumlarda da kapsamlı temizlik ve gerekiyorsa arındırma ve dezenfeksiyon yapılması gereklidir.

Bir Leica ürününün herhangi bir tehlikeli madde ile temas etmiş olması halinde, bunu tarafımıza yazılı olarak bildirmenizi talep etmekteyiz.

Bir sonraki sayfada, bunun için gerekli olan "Arındırma Sertifikası" nı bulacaksınız. Lütfen bu formu doldurunuz, imzalayınız ve onarım siparişinize ekleyiniz.

Gönderim işlemini yaparken, yazılı bildirim nakliye belgelerine ekleyiniz ve bunu ambalajın dış kısmına, kolayca görülebilir bir şekilde iliştiniz.

Servis çalışmalarının yerinde yapılması durumunda, lütfen doldurulup imzalanmış formu servis teknisyenine teslim ediniz.

Herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen doğrudan Leica müşteri hizmetleri veya ülkenizdeki Leica temsilcisi ile temasa geçmekten çekinmeyiniz.

Saygılarımızla,

Leica Biosystems GmbH

Arındırma Sertifikası

Önemli bilgiler. Lütfen dikkatle okuyunuz.

Değerli Müşterimiz,

Leica Biosystems şirketine gönderilen veya yerinde bakım gerektiren tüm ürünlerin temizlenmesi ve arındırılması gerekmektedir. Bir ürünün, **CJD, BSE** veya **CWD** gibi prionların neden olduğu hastalıklara karşı arındırılması olanaklı olmadığından, prion içeren numunelerle temasa gelmiş olan ürünlerin tamir için Leica Biosystems şirketine katıyetle **GÖNDERİLMEMESİ** gerekmektedir. Prion bulaşmış ürünler, ancak servis teknisyeni riskler konusunda haberdar edildikten, kendisine etkilenen ekipman için geçerli kurallar ve prosedürler hakkında bilgi verildikten ve uygun kişisel koruyucu ekipman sağlandıktan sonra, yerinde onarılabilir. Tarafımıza gönderilen paketler, ancak şirket veya servis teknisyeni arındırma bildirimini teslim aldıktan sonra açılabilir ve bakım ve onarım işlemleri başlatılabilir.

Bir ürünü tarafımıza gönderirken lütfen bu bildirim bir nüshasını iştiriniz veya servis teknisyenine veriniz. Tarafımıza bu bildirim olmadan gönderilen veya tam olmayan bildirim ile birlikte gönderilen ürünlerin sorumluluğu gönderene aittir. Tarafımıza gönderilen ürünlerden, şirketimiz tarafınca muhtemel bir tehlike kaynağı olarak değerlendirilenler alıcı ödemeli olarak geri gönderilir.

Not: Mikrotom bıçakları orijinal kutuları ile paketlenmelidir.

Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen en yakın Leica şubesi ile irtibata geçiniz.

İsim plakası bilgileri:

Model (isim plakasına bakınız)

SN (isim plakasına bakınız)

REF (isim plakasına bakınız)

Bu ürünün iç ve dış kısmı aşağıda belirtilen tehlikeli maddelere maruz kalmıştır:

Evet	Hayır		Belirtim / H ve P ifadeleri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kan, vücut sıvıları, patolojik numuneler	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diğer tehlikeli biyolojik maddeler	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kimyasallar / zararlı maddeler	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radyoaktivite	<input type="text" value="İşinim değeri:"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diğer	<input type="text"/>

Bu sorulardan en az birine **Evet** cevabı vermiş olmanız halinde, temizlik ve / veya arındırma yöntemlerinizin yanı sıra işlem süresi de dâhil olmak üzere kullanmış olduğunuz temizlik/ arındırma malzemelerini belirtmenizi talep etmekteyiz:

Ürünü tarafımıza göndermeyi planlamanız halinde, ürün emniyetli olarak elleçlenmek ve nakledilmek için hazırlanmış olmalıdır. Mevcutsa lütfen orijinal ambalajını kullanınız.

Ürünün kullanıldığı laboratuvarın emniyet seviyesini belirtiniz:

Uygulanamaz S1 S2 S3 S4

Aşağıdaki imzama, yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve Leica çalışanlarının ilgili ürünü emniyetli bir şekilde elleçleyebileceklerini onaylarım.

Tarih	İmza	Kuruluş
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unvan		Bölüm
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Konum		Adres
<input type="text"/>		<input type="text"/>
E-posta adresi		Telefon
<input type="text"/>		<input type="text"/>
		Faks
		<input type="text"/>

Leica şirket içi kullanım için: Varsa lütfen iş ve RAN/RGA numaralarını belirtiniz:

İş sayısı no.: _____

SU Return Goods Authorization: _____

BU Return Authorization Number: _____